

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
603022, г. Н. Новгород, ул. Кулибина, д. 11
Телефон, факс: (831) 433-00-36
ИНН/КПП 5262136833/526201001
ОКПО 76667928, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
603022, г. Н. Новгород, ул. Кулибина, д. 11
603001, г. Н. Новгород, Нижне-Волжская набережная, д. 2

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

№ 08/2- 571 от « 01 » июня 2020 г.

1. **Заказчик (наименование, адрес):** АО «НПП «Салют», 603107, г. Н.Новгород, ул. Ларина, д. 7, корп. 4, оф. 4264.
2. **Наименование пробы (образца):** Излучатели ультрафиолетовые бытовые УФИБ-270 и УФИБ-270БТ.
3. **Дата и время проведения измерений:** 28.05.2020 г. 14⁰⁰ – 15³⁰ ч.
4. **Основание проведения измерений:** заявление вх. № 3811 от 28.05.2020 г., по договору
5. **Измерения проводились в присутствии:** начальника отдела – Гусева А.К.
6. **Средства измерений:**

№ п/п	Наименование средств измерений	Зав. номер	Номер свидетельства о поверке	Дата поверки	Срок действия свидетельства
1	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (12) УФ-Радиометр	12 2708	Первичная поверка	02.12.2019	02.12.2020
2	Рулетка измерительная металлическая ВТ8М, № 22003-07	20163	№ 19009087531	02.12.2019	01.12.2020

7. **Нормативно-техническая документация на методы измерений:**
- Руководство по эксплуатации «Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (12) УФ-Радиометр».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ:

№	Место измерения	Уровни энергетической освещённости: в зоне УФ-С, мВт/м ²	
		УФИБ-270	УФИБ-270БТ
1	2	3	4
1	В 0 см. от изделия.	1500	4540
2	В 5 см. от изделия.	95	171
3	В 10 см. от изделия.	24	49
4	В 20 см. от изделия.	7,2	12
5	В 100 см. от изделия.	0,0	0,7
6	В 150 см. от изделия.	0,0	0,0

Измерения проводил: Врач по общей гигиене

П.Ю. Спиридонов



Утверждаю:
Руководитель испытательного
лабораторного центра

Т. Ю. Феклина
М.И. Архипова